

关于医疗设备市场调研的公告

经医院研究决定，我院将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的**生产厂家**在规定时间内按附件二要求将资料扫描为 PDF 文档格式发至医疗设备科邮箱 srmsbzj@126.com。

邮件名称及 PDF 文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件三《设备信息表》以 Excel 格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。

报名截止时间：2023 年 5 月 14 日 14:30

报名地址：石家庄市建华南大街 365 号 医疗设备科

联系电话：69088069

医疗设备科

2023 年 5 月 7 日

附表一：《清单》

项目编码	项目名称	数量	功能需求																																				
240507-03	臭氧治疗仪	2	主要用于颈腰椎间盘突出症的臭氧溶核治疗、关节腔的臭氧水治疗以及痛风大自血治疗等。臭氧治疗浓度:实时显示提醒;安全装置:氧气接入识别装置;负压真空防护功能;操作界面需具备正负压实时显示提醒功能;操作菜单:具备功能菜单,并具有文件库功能;配套耗材:具有开展臭氧自血疗法三类注册证书的配套专用耗材,注册证适用范围需涵盖用于暂时吸收和融合血液使用。设备使用期限不少于10年。																																				
240507-04	椎间孔镜手术器械	1	<p>主要用于腰椎间盘突出椎间孔镜微创手术治疗。椎间孔镜手术系统穿刺置管11件套(导杆、3根扩张管、2个工作套筒、环锯、手术钳3把、神经剥离子)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>器械要求</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>导杆(定位丝), 0.8mm×400mm</td> <td>1支</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>扩张管(锥形扩张管), ID1.0mm×OD2.5mm×L240mm</td> <td>1支</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>扩张管(锥形扩张管), ID2.7mm×OD5.3mm×L220mm</td> <td>1支</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>扩张管(锥形扩张管), ID5.5mm×OD7.5mm×L195mm</td> <td>1支</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>套筒(工作套管(T型)), ID6.6mm×OD7.6mm×L168mm</td> <td>1支</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>套筒(工作套管(U型)), ID7.7mm×OD8.7mm×L151mm</td> <td>1支</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>环锯(扩孔钻), ID6.5mm×OD7.5mm×L175mm</td> <td>2支</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>手术钳(咬切钳) OD2.5mm×WL320mm(无鸭舌弧形)12°, H 3.5mm)</td> <td>1把</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>手术钳(咬骨钳), OD3.4mm×WL320mm (F:1.5mm, 40°)</td> <td>1把</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>手术钳(咬骨钳), OD3.4mm×WL320mm (F:2.7mm, 40°)</td> <td>1把</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>神经剥离子, OD2.5mm×WL330mm</td> <td>1支</td> </tr> </tbody> </table>	序号	器械要求	数量	1.	导杆(定位丝), 0.8mm×400mm	1支	2.	扩张管(锥形扩张管), ID1.0mm×OD2.5mm×L240mm	1支	3.	扩张管(锥形扩张管), ID2.7mm×OD5.3mm×L220mm	1支	4.	扩张管(锥形扩张管), ID5.5mm×OD7.5mm×L195mm	1支	5.	套筒(工作套管(T型)), ID6.6mm×OD7.6mm×L168mm	1支	6.	套筒(工作套管(U型)), ID7.7mm×OD8.7mm×L151mm	1支	7.	环锯(扩孔钻), ID6.5mm×OD7.5mm×L175mm	2支	8.	手术钳(咬切钳) OD2.5mm×WL320mm(无鸭舌弧形)12°, H 3.5mm)	1把	9.	手术钳(咬骨钳), OD3.4mm×WL320mm (F:1.5mm, 40°)	1把	10.	手术钳(咬骨钳), OD3.4mm×WL320mm (F:2.7mm, 40°)	1把	11.	神经剥离子, OD2.5mm×WL330mm	1支
序号	器械要求	数量																																					
1.	导杆(定位丝), 0.8mm×400mm	1支																																					
2.	扩张管(锥形扩张管), ID1.0mm×OD2.5mm×L240mm	1支																																					
3.	扩张管(锥形扩张管), ID2.7mm×OD5.3mm×L220mm	1支																																					
4.	扩张管(锥形扩张管), ID5.5mm×OD7.5mm×L195mm	1支																																					
5.	套筒(工作套管(T型)), ID6.6mm×OD7.6mm×L168mm	1支																																					
6.	套筒(工作套管(U型)), ID7.7mm×OD8.7mm×L151mm	1支																																					
7.	环锯(扩孔钻), ID6.5mm×OD7.5mm×L175mm	2支																																					
8.	手术钳(咬切钳) OD2.5mm×WL320mm(无鸭舌弧形)12°, H 3.5mm)	1把																																					
9.	手术钳(咬骨钳), OD3.4mm×WL320mm (F:1.5mm, 40°)	1把																																					
10.	手术钳(咬骨钳), OD3.4mm×WL320mm (F:2.7mm, 40°)	1把																																					
11.	神经剥离子, OD2.5mm×WL330mm	1支																																					
240507-05	硬质胆道镜	2	<p>用于胆道探查,保胆取石、取息肉。</p> <p>1.采用硬质金属镜管,耐用性强,不易损坏;2.胆道镜后端四通阀采用分体式设计,便于清洗保养,避免堵塞,延长使用寿命;3.内窥镜镜管外径(mm)≦Φ4.65mm,可进入胆囊管处理嵌顿结石;4.内窥镜工作长度(mm)≦251mm,操作便捷;5.器械通道直径(mm)≧Φ2mm,可进入硬性、半软性或软性多种手术器械(如电凝棒、碎石杆、活检钳、取石网篮等);6.视向角:10°;7.视场角:60°;8.景深:3mm~30m;9.可配置带负压吸引功能的外鞘管,方便处理泥沙样结石,提高手术效率;10.结构简单便于医生掌握;11.稳定性良好,操作方便;12.重量:轻便易操作,长时间使用无疲劳感;13.图像清晰稳定,术中可检查胆囊腔内任意位置,有效发现胆囊壁间结石并处理干净;14.可配置多种专用配件,实现推、挤、压、撕、撑、冲、吸等多种手术手法。</p>																																				

附件二：《市场调研表》及《设备资料》（此表为 PDF 版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

市场调研表

设备名称		设备型号		
注册证号		交货周期		
生产厂家				
市场报价 (万元/台)		优惠价 (万元/台)		
质保期		使用年限		
收费情况	物价名称		物价编码	收费标准
配置清单				
主要技术参数		1.		
		2.		
		3.		
同型号设备 采购情况		医院名称		成交价（万元/台）
		1.		
		2.		
		3.		
专属 耗材	耗材名称	常用型号	价格	注册证号

设备资料

项目编号: _____ 项目名称: _____

设备名称(注册证名称): _____ 型号: _____

生产厂家: _____

序号	资料名称	页码
1	市场调研表	
2	医疗器械注册证（设备及该设备所需耗材均需提供） /非医疗器械提供相关说明	
3	生产厂家 营业执照、生产许可证（未显示生产范围的 需提供“医疗器械生产产品登记表”）	
4	使用年限证明文件（设备铭牌照片或说明书等官方文件， 需用红线标示使用年限）	
5	报名设备价格证明 3 份（销售发票或合同）	
6	技术参数	
7	配置清单	
8	报名设备型号的产品彩页	
9	其他补充资料	

附件三：《设备信息表》（此表**不列入**附件二，为**Excel 版**发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

项目编号	项目名称	品牌	注册证号	设备名称	型号	生产厂家	联系人	联系电话	设备单价 (万元)	质保年限	使用年限	配套耗材				
												耗材名称	注册证号	型号	生产厂家	耗材价格
参照附件一	参照附件一			以注册证产品名称为准	与注册证批准型号一致							以注册证产品名称为准		与注册证批准型号一致		